



Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1

ze dne 16. 9. 2015

v rámci realizace veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky
s názvem

„Chladničky a mrazničky“

zadavatel:

Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
Vídeňská 1083, Praha 4, 142 20, IČ: 68378050

Zadavatel poskytuje dodatečné informace č. 1 na základě žádosti zájemce o dodatečné informace doručené zadavateli ve formě e-mailové zprávy dne 14. 9. 2015.

Dotaz:

Dotaz k veřejné zakázce: „Chladničky a mrazničky“, část 1 b, „Chladnička 380 l vyšší třída“:
V technické specifikaci požadujete „vnější digitální ukazatel teploty, ukazatel provozu“. Budete prosím akceptovat LED ukazatel, indikující teplotu rozsvícením LED diod u příslušné číselně vyjádřené hodnoty teploty, umístěný na horní liště chladničky za vnějšími dveřmi, ovšem mimo vnitřní prostor chladničky?
Provoz lednice je indikován rozsvícením tohoto ukazatele.

Odpověď:

Zadavatel uvádí, že požadavkem zadavatele na „vnější digitální ukazatel teploty, ukazatel provozu“ je myšleno umístění tohoto ukazatele mimo vnitřní prostor ledničky, kde jsou umísťovány předměty určené k uchování v chladu, a to z to důvodu, aby nedošlo k zakrytí ukazatele. Požadavkem zadavatele je tak v souladu se zadávacími podmínkami umístění ukazatele vně vnitřního úložného prostoru chladničky, tak aby byla obsluha při častém otevírání dveří chladničky umožněna vizuální kontrola bez nutnosti přemístění obsahu chladničky. Nabízená varianta popsána v dotazu tak vyhovuje zadávacím podmínkám. Pro souvislé sledování teploty slouží jiný požadavek zadavatele na připojení chladničky na nezávislý monitorovací systém obsažený v jiném bodě technické specifikace.

V Praze dne 16. 9. 2015

